

仙台市衛生研究所機器等移設業務委託仕様書

1 業務概要

仙台市衛生研究所の庁舎新築移転に伴い、既設実験機器及びその他の物品の新庁舎への移設設置、廃棄物品の現庁舎屋外への搬出を行うものである。

2 適用及び業務範囲

本仕様書は、仙台市衛生研究所機器等移設業務委託に適用する。

業務範囲については、梱包、現庁舎から新庁舎への機器の移設設置、試運転調整、その他の物品の移設設置、新庁舎の養生、不用物品の現庁舎屋外への搬出までとし、機器設置に係る接続等材料、機器の搬出前点検及び性能試験、新庁舎への移設設置後の点検及び性能試験についても本業務に含むものとする。

3 業務場所

仙台市衛生研究所

現庁舎（搬出場所） 宮城県仙台市若林区卸町東二丁目5番10号

新庁舎（搬入場所） 宮城県仙台市宮城野区扇町六丁目3番6（地番）

4 履行期間

契約締結日の翌日から令和7年6月30日まで

5 業務実施時期

業務実施時期の詳細は発注者と受注者が協議により決定するが、不用物品の撤去搬出を除く作業は、令和7年3月31日までに完了するものとする。なお現庁舎の電気、都市ガス、水道は令和7年6月1日以降使用できない。

6 作業時間

本業務の作業時間は、原則平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、平日の作業時間延長等又は休日作業については、あらかじめ作業時間延長届又は休日作業届を提出し、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

※休日とは、仙台市の休日を定める条例（平成元年仙台市条例第61号）に規定する日をいう。

7 移設対象機器及び物品

- (1) 検査機器・事務什器類リスト（別紙1）のとおり
- (2) 移設書類・ガラス器具・薬品等の梱包物の有無（別紙2）のとおり

8 業務内容

上記「7 移設対象機器及び物品」について、移設ランク表（別紙3）及び機器移設作業区分表（別紙4）に基づき作業を行うものとする。

9 業務の詳細

受注者は、業務の実施にあたり、発注者と綿密に協議しながら進めること。打ち合わせを行った際は、受注者は速やかに議事録を作成し、発注者に提出すること。なお、
(1)管理業務については、再委託してはならない。

(1) 管理業務

ア 履行場所の現地調査等

受注者は、契約締結後すみやかに発注者立会いのもと、履行場所の現地調査を実施すること。受注者は、検査機器・事務什器類リスト（別紙1）及び移設書類・ガラス器具・薬品等の梱包物の有無（別紙2）のほか、契約締結後に発注者が提供する新規機器等設置予定リスト及び移設先の室内レイアウト図面等に基づき、リスト等と現品の照合確認、設置場所の確認及び移転先ユーティリティの確認を行う。また、部署ごとに移設に関する発注者の要望や注意事項等に係るヒアリングを行い、移設物品の移設準備、搬送順序及び設置場所等について、発注者と十分に打ち合わせること。

イ 移設スケジュール

受注者は、発注者及び各機器のメーカー等並びに関係業者等と十分な協議のうえ、移設業務全体のスケジュールを決定すること。特に、発注者における試験検査等の業務スケジュールと十分な調整を図るとともに、一部の機器等については移設を2期間以上に分けて実施すること。

ウ 移設作業計画書

受注者は、発注者が別に指定する日までに作業計画書を提出し、発注者の承諾を受けること。作業計画書には、以下の内容を含むこと。

- ①全体工程表（事前調査、メーカー等調整作業及び新規機器等の設置支援を含む。）

②業務体制表

本業務に携わる作業担当者の氏名、所属（企業名等）、職位、業務分担、連絡先、特記事項（必要に応じて資格等を記載すること）等を記載した業務体制表を作成し、提出すること。

③緊急連絡体制表

④作業詳細工程表

業務全体管理、機器点検調整、付帯設備接続、運搬、残置物撤去の各作業について作成し、提出すること。

⑤移設物品詳細リスト

現地調査の結果を基に、ヒアリング結果を踏まえて、検査機器・事務什器類リスト（別紙１）を修正して作成すること。

⑥搬出入経路図、関係車両駐車場図及び搬送経路図

エ 新規購入物品納入業者との連絡調整

発注者が別途発注する新規購入物品の納入、設置、据付が円滑に行われるよう、受注者は発注者及び新規購入物品納入業者と十分に調整を図ること。

オ 移転先庁舎建設業者との連絡調整

引渡し前の移転先新庁舎に実地確認のために立ち入る必要がある場合には、受注者は発注者及び庁舎建設業者と十分に打ち合わせ、調整を図ったうえで実施すること。その他、必要に応じて庁舎建設業者等と調整を図ること。

カ 産業廃棄物処理業者との連絡調整

不要物品の撤去・搬出作業について、産業廃棄物処理業者等と回収日程等について調整を図ること。

（２）移設作業事前準備業務

ア 移設物品のラベリング

受注者は、移設物品に貼付するラベルを用意し、発注者に提供すること。ラベルの規格、表示内容を発注者と協議のうえ、作業中剥がれず、作業終了後剥がした際に跡が残らないものを選定すること。

イ 事前説明会の開催

受注者は、移設作業の実施に際し、事前に移設に関する詳細事項や留意事項等について、発注者の関係者に対する説明会を開催すること。説明会の場所

と日時は発注者と協議のうえ決定すること。ラベリングや梱包の方法等の作業の詳細を示した説明書のほか、必要な説明資料は受注者が用意すること。

ウ 梱包資材の配付

受注者は、移設作業に必要なすべての梱包資材を用意し、提供すること。梱包資材は、梱包物の特性に応じた大きさや強度、帯電防止等の機能を有するものを選定すること。使用が済んだ梱包資材は受注者が回収及び撤去を行うこと。梱包資材等の配付にあたっては、発注者と協議して配付日時及び配付場所等を決定すること。

エ 養生

受注者は、使用資材、取付け方法、場所等の詳細を記載した養生計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。搬出入場所及び搬出入経路上で、損傷の恐れのある全ての場所に養生を施すこと。防火消防設備の使用に支障が生じないようにし、その他特別な配慮が必要な場合や、やむを得ない事由により養生ができない場所については、発注者と協議のうえ養生を実施するものとする。

受注者は、移設作業実施前日までに養生を完了し、すべての搬出入作業（新規購入物品の搬入を含む）が終了するまでの間、破損した場合は直ちに補修するなど、養生の完全かつ安全な状態を維持すること。

（３）物品移設業務

ア 共通事項

移設に係る各種作業を、発注者と受注者のいずれが行うかの作業区分は機器等移設作業区分表（別紙４）のとおりとする。いずれの場合も、梱包資材は受注者が用意し、発注者に提供すること。

イ 物品種別ごとの特記事項

①検査機器・設備類

検査機器・事務什器類リスト（別紙１）に記載がない場合であっても、本体に付属する物品、微細なオプション類、ケーブル類、その他発注者が指定する軽微な物品を含むものとする。移設計画策定に係る現地調査において確認できなかった場合も、現品を優先とする。

受注者は、安全キャビネット、クリーンベンチ等の移設又は廃棄の際は、搬

出前に消毒、燻蒸作業を行うこと（BSL3 室内全体の燻蒸作業含む）。また、移設する安全キャビネット 1 台（別紙1 No.21）についてはフィルター交換を行うこと。

移設後の機器等への転倒等防止処置を施すこと。処置を施す対象は、移設ランク A の機器等及び高さ 1,000mm 以上の機器等のほか、発注者が指示する機器等とする。作業にあたっては、発注者と協議のうえ、機器の形状や部屋の構造設備等に応じた適切な処置とすること。このとき使用する固定用金具等については、受注者が用意するものとする。

②事務什器類

事務什器類への転倒等防止処置を施すこと。処置を施す対象は、高さ 1,000mm 以上の事務什器等のほか、発注者が指示する什器等とする。作業にあたっては、発注者と協議のうえ、機器の形状や部屋の構造設備等に応じた適切な処置とすること。このとき使用する固定用金具等については、受注者が用意するものとする。

移設した事務什器類の外面に付着したほこり、汚れ等を拭き落とすこと。

③薬品類

薬品類のうち、毒劇物、消防法における危険物（第4類を除く。）その他の法令により所持、運搬等が規制されているものは、移設作業の対象外とする。なお、移設作業の対象外であっても、薬品類に使用する梱包資材は、すべて受注者が用意し、発注者に提供すること。

④冷凍、冷蔵保存試料等

冷凍、冷蔵保存試料等について、受注者は事前に発注者と協議し、取扱い、運搬及び保管方法を決定すること。梱包、運搬等の際に必要な保冷容器、保冷剤等は受注者が用意すること。受注者は、運搬中及び運搬後に冷凍庫、冷蔵庫が適正温度に戻るまで、冷凍、冷蔵保存試料等の適正温度状態を確保すること。運搬中の温度をモニタリングし、発注者が求めた場合は温度モニタリング記録を提出すること。

⑤感染性物質等

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における特定病原体の運搬容器は発注者が用意するが、不足する場合は受注者が用意す

ること。また、特定病原体の運搬については、運搬方法及び手続等について、事前に発注者と十分に協議のうえ、実施すること。

ウ 移設作業実施上の留意事項

受注者は、移設作業の実施にあたっては、以下の事項に留意すること。

- ①移設する物品のそれぞれの特性、規格、用途等に応じて最も適した方法で梱包、運搬等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分配慮すること。特に、検査機器等については、作業に際し、発注者と十分に協議し、その指示に従うこと。
- ②法令で定める資格を要する作業については、有資格者を配置して実施するものとし、運搬方法に係る技術的な基準その他の法令上の規定を遵守し、安全作業に努めること。
- ③特定病原体等の運搬作業に従事した場合は、発注者が備える帳簿に作業実施年月日及び作業に従事した者の氏名等を記載すること。
- ④振動を避ける必要がある機器や一定温度を維持する必要がある機器等については、エアサス車、保冷車等を使用すること。
- ⑤本仕様書において移設対象として明示されていない物品等は、発注者に確認のうえ、対象室内にある物品をもれなく搬出すること。
- ⑥作業区分で発注者が梱包するとしている場合でも、発注者による梱包が困難な物品等については、受注者が梱包作業を支援すること。
- ⑦新庁舎に搬入の際、運搬車の通行やクレーン車の作業時など未舗装の敷地を使用する場合は、鉄板を敷くなど必要な養生を行うこと。
- ⑧移設機器等に不測の事態や事故等が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、協議のうえ解決を図ること。

エ 精密機器等の据付調整・点検

受注者は、精密機器等の据付調整等を以下のとおり行うこと。個々の移設機器等に対する作業の内容は、原則として検査機器・事務什器類リスト（別紙１）及び移設ランク表（別紙４）のとおりとする。

①移設前点検

発注者の立会いのもと、性能試験等を行い、性能試験報告書等を作成し、提出すること。性能試験等の内容は各メーカーが推奨する内容とする。また、

移設する物品については清掃、取外しをすること。

②運搬

運搬の際は、精密機器等の保護のために必要な梱包や揺れ止めの固定等を施すこと。発注者の指示する場所に運搬し、発注者の指定する場所へ設置、据付を行うこと。

③移設後点検等

精密機器等の設置後、発注者の立ち合いのもと、性能試験等を行い、①の性能試験報告書等と照合し、移設前後で同等の性能が得られていることを確認のうえ、発注者に引渡すこと。ただし、同等の性能が得られない原因が、部品の経年劣化等のやむを得ないものと判断される場合には、発注者の承諾を得たうえで引き渡すこと。

④点検報告書

移設前の性能試験等の結果、移設後の性能試験等の結果及びそれらの照合結果等に関する報告書を提出すること。

⑤その他

上記の作業は、十分な技能を有する技術者（メーカー又はメーカー指定業者の専門技術者）が行うこと。

オ 精密機器等の付帯設備の取り外し（搬出時）

受注者は、精密機器等へ接続している電気、給排水、冷却水、排気、都市ガス、高圧ガス等（以下、「付帯設備」という。）の取り外し作業を次のとおり行うこと。

①作業予定

付帯設備の取り外し作業に先立ち、停電、断水、機器の使用不能等、施設の業務に支障をきたすおそれがある作業については、発注者と作業手順、方法、日程等について十分に打ち合わせのうえ、実施すること。

②電気設備

プラグ接続機器はプラグを抜き取ること。分電盤端子接続機器は近傍の開閉器の二次側からケーブルを切断すること。三相電源を使用している機器については、切断前に正相逆相を確認し、設置運転時に支障がないよう配慮すること。切断後のケーブルは漏電、短絡のないよう処置すること。

③給排水、都市ガス及び高圧ガス設備等

機器の接続管部から切断すること。取り外した後の既存管の末端はプラグ止めとすること。

④排気設備

機器から一番近傍のフランジ部等から切断すること。取り外し後の開口部は適切な方法で塞ぐこと。

⑤留意事項

上記以外の固定物、配管等については、発注者と十分に協議し、その指示に従うこと。

カ 精密機器等の付帯設備の取り付け（搬入時）

受注者は、精密機器等への付帯設備の取り付け作業を次のとおり行うこと。

①作業計画

付帯設備の取り付け作業に先立ち、停電、断水、機器の使用不能等、施設の業務に支障をきたすおそれがある作業については、発注者と作業手順、方法、日程等について十分に打ち合わせのうえ実施すること。

②電気設備

機器から近傍の電気設備に接続配線工事を行うこと。機器に付属するケーブルの長さが不足する場合は、必要な延長措置を行うとともに、適切な保護処置を行うこと。また、機器附属のプラグ等に変更の必要が生じた場合は、これを適切に行うこと。接続時は電気容量、電圧等を確認し、過不足が生じる場合は、発注者と協議し、対応を決定すること。

③給排水設備

機器設置室内の機器近傍の一次給水バルブ等より機器に接続し、耐圧及び漏水確認を行うこと。露出配管の場合は、必要に応じて保温処置を行うこと。給水管材料は機器の特性にあわせて選定すること。また、必要に応じて減圧処置を行うこと。一次給水バルブ等より分岐を行う場合は、各機器接続口手前にストップ弁を設置すること。

排水設備工事は、排水温度・種類等を考慮して材料を選定し、施工後に漏水確認を行うこと。

④都市ガス設備

機器設置室内の一次側バルブより機器への接続を行うこと。

⑤高圧ガス設備

圧縮空気、特殊ガス等は機器等の特性に応じて配管すること。機器近傍の高圧ガス用バルブ又はガスボンベから機器に接続すること。接続する機器ごとにストップ弁を設け、気密確認を行うこと。配管等の延長措置が必要な場合は、これを行うこと。使用する配管等の材質は機器等の特性に応じて選定すること。配管重量、配管材質等を考慮し、必要な配管サポートを設置すること。

機器に使用するガスで、各配管のパージを行うこと。また、必要に応じて機器導入部に適切なガス精製管を取り付けること。

⑥排気設備

機器設置室内の機器近傍のダクトフランジから機器まで、ダクト配管を施すこと。ダクト材質は、排気するガスの種類に応じて選定すること。また、必要に応じてフード等の作成、断熱処理、排気ファンや活性炭チャンバー等への接続を行うこと。ダクトのサポート方法は発注者と十分に協議し、その指示に従うこと。

⑦費用負担

付帯設備の接続に必要な配線、配管、ダクトその他の資材、設備等は、一次側を除き、受注者が用意すること。

(4) 物品移設後の整理業務

ア 梱包資材の回収

受注者は、開梱後の梱包資材及び残余資材をすみやかに回収し、受注者の責任において適切に処理すること。ただし、発注者が開梱した段ボール等の梱包資材については、発注者と協議のうえ回収期日を定めて引き取ること。

イ 養生の撤去

受注者は、本業務による養生部分の損傷の恐れがなくなった部分の養生を、順次速やかに撤去すること。

養生の撤去に際し、損傷、汚れ等の有無について発注者の確認を受けること。養生部分に損傷や汚れ等が認められる場合は、発注者の指示に基づき、受注者が原状回復を図ること。原状回復に係る費用は、受注者が負担すること。

ウ 清掃等

受注者は、移設作業が終了し、養生を撤去する際に、移設元及び移設先の清掃を行い、残余資材等は持ち帰ること。このとき使用する掃除用具等は、受注者が用意すること。

(5) 不用物品の撤去・搬出作業

受注者は、移設しない不用物品（有価物を含む）を、移設元敷地内で発注者の指定する場所まで搬出し、種類ごとに集積すること。原則として建物に固定されているもの、配管等が接続されているものは撤去・搬出作業の対象外（現場に残置）であるが、付帯設備の取り外しが必要な場合は、受注者が行うこと。

不用物品等のうち売却が可能であるものは廃棄物品と別に集積し、有価物発生調書を発注者に提出すること。

10 経費の負担区分

(1) 作業に伴い作業区域内で使用する電気、都市ガス、水道水の料金は発注者の負担とする。

(2) 移設前の確認において発見した機器の不具合の修理は別途契約とする。

11 業務完了報告

本業務の完了後、業務完了報告書を提出すること。書面で2部、電子媒体で1部を提出すること。報告書には以下の内容を含むものとする。

(1) 作業実施状況

機器類の性能試験、動作点検等の確認結果を記載し、点検報告書等を添付すること。また、必要に応じて作業状況の写真を添付すること。

(2) その他発注者が必要と認め報告を求めた内容

12 業務委託の完了

業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。

13 業務委託料の支払い

業務委託料については2回払いとし、不用物品の撤去搬出を除く作業を第1回目、残りの委託料を第2回目とし、各々の完了検査合格後に請求により支払うものとする。

発注者は、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。

14 補償

移設機器等に対する事故の補償の責任区分は、移設機器等に対する保証及び補償（別紙５）のとおりとする。

15 提出書類

	提出書	提出時期	部数	備考
1	着手届、業務担当者届、業務履行計画表	契約締結後14日以内	1	
2	移設作業計画書 (1)全体工程表 (2)業務体制表 (3)緊急連絡体制表 (4)作業詳細工程表 (5)移設物品詳細リスト (6)搬出搬入経路図 (7)関係車両駐車場図 (8)搬送経路図 (9)安全計画 (10)その他発注者が指示するもの	発注者が指定する日	10	
3	養生計画書	発注者が指定する日	1	
4	移設前精密機器等点検報告書	発注者が指定する日	2	
5	火気使用届、危険物持込届	7日前まで	1	
6	有価物発生調書	発注者が指定する日	1	
7	業務完了報告書 (1)作業実施状況 ア 機器類の性能試験、動作試験結果 イ 必要に応じて作業状況写真 ウ その他発注者が指示する内容	業務完了後遅滞なく	3	書面 2 部 電子媒体 1 部

8	業務完了届	業務完了後遅滞なく	1	
---	-------	-----------	---	--

16 遵守事項その他

受注者は、次の事項を遵守すること。

- (1) 作業従事者には名札、腕章等を着用させる等し、本業務の従事者であることが明らかにするようにすること。
- (2) 作業従事者が本業務に関係のない場所に立ち入ることのないよう徹底すること。
- (3) 関係法令を遵守し、現場には交通保安要員や警備員を配置する等、施設に出入りする第三者のほか、来庁者、発注者の職員その他関係者の安全確保に万全を期すとともに、移設作業従事者の安全作業に努め、事故防止に万全を期すこと。
- (4) 事前に当日の作業に従事する人員、車両数、作業手順等について、発注者に報告すること。また、作業当日の作業状況経過と作業終了の報告を行うこと。
- (5) 火気の使用又は危険物等の持ち込みについては、火気使用届又は危険物持込届を7日前までに提出し、発注者の承諾を得るものとする。
- (6) 業務の実施にあたり適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な進行を図ること。業務内容が関係法令に照らし不適當な場合には、直ちに発注者と協議すること。
- (7) 本仕様書に記載のない事項は、速やかに発注者と協議のうえ決定すること。
- (8) 移設作業実施期間中は現場内の清掃、片付けを励行し、作業中に排出された屑は、その都度収集すること。
- (9) 仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めること。

検査機器・事務什器類リスト

番号	移設元		移設先		機器・什器等の名称	メーカー	品番・型式等	数量	移設 ランク	寸 法(mm)		
	階	室名	階	室名						幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
1	4	ウイルス室(3)	3	クリーンルーム	冷却遠心機	ホバタ	5922	1	C	500	700	900
2	4	ウイルス室(3)	3	クリーンルーム	倒立顕微鏡	エコー	TMS-1A	1	C	600	400	500
3	4	ウイルス室(3)	3	クリーンルーム	インキバスター	栄研器材		1	C	350	400	450
4	4	ウイルス室(3)	3	クリーンルーム	ステンレスゴブ			1	E	720	450	800
5	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	高速冷却遠心機	ホバタ	6200	1	C	500	700	850
6	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	脱脂スラック			1	E	800	350	1,750
7	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	安全キャビネット	エアテック	BHC-1910ⅡA2	1	A	2,100	790	2,050
8	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	CO2インキバスター	サンヨー	MCO-19AIC	1	C	800	800	1,700
9	4	ウイルス室(3)	3	BSL3室	CO2インキバスター	サンヨー	MCO-18AIC	1	C	650	730	1,700
10	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	オートレーブ	トミ精工	LSX-500	1	C	410	754	970
11	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ホバカート			1	E	800	500	900
12	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ダイルクミックス	サール化学産業	TS-100	1	D	400	400	600
13	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	薬用冷蔵ジョーケー	サンヨー	MPR-162D	1	F	800	500	1,100
14	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	メディカルフリーザー	PHC	MPR-215FS	1	F	540	557	1,794
15	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	CO2インキバスター	サンヨー	MCO-19A1C	1	C	800	800	1,700
16	4	ウイルス室(3)	3	試薬調製室	卓上クリーンベンチ	エアテック	KVM-757	1	C	750	600	850
17	4	ウイルス室(3)	3	遺伝子検査室	OAデスク			1	E	650	550	670
18	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ステンレスゴブ			1	E	650	440	830
19	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ホバカート(青)	ダンディ		1	E	750	460	850
20	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ホバカート(黒)	ダルトン		1	E	750	490	900
21	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	安全キャビネット	日立	SCV1608ECⅡA2	1	A	1,800	780	2,030
22	4	ウイルス室(3)	3	BSL3室	冷却遠心機	ホバタ	6200	1	C	500	700	850
23	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	プラスチックゴブ			1	E	640	440	830
24	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	倒立顕微鏡	オリンパス	CKX53	1	C	380	540	460
25	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	付属 カメラ		DP22	1	C付属	上記含む		
26	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	付属 ノートPC			1	C付属	360	230	20
27	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	オートダイルユーザー	MSテクノス	BISTEQUE 303	1	A	580	380	520
28	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	核酸抽出装置	キョーゲン	QIA cube Connect	1	A	650	620	580
29	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	電子天秤	ザルトリウス	SECURA324-1SJP	1	B	400	250	330
30	4	ウイルス室(3)	3	ウイルス検査室	ウォーターバス	アズワン	TM-110	1	D	250	450	350

31	4	ウイルス室(3)	3	細胞調製室	ボンベ固定スタンド		BFS7000S	1	E	420	360	1,090
32	4	ウイルス室(3)	3	細胞調製室	ボンベスタンド		2-9199-01	1	E	590	350	1,070
33	4	ストッカー室	3	ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	GALILEI	FMF-501FD	1	F	820	729	1,795
34	4	ストッカー室	3	遺伝子解析室	メティカルリーザー	パナソニック	MDF-U539	1	F	793	770	1,806
35	4	ストッカー室	3	ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	PHC	MDF-MU500H	1	F	804	812	1,802
36	4	ストッカー室	3	ストッカー室（微生物課）	ディフリーザー	PHC	MDF-DU300H-PJ	3	F	750	870	1,830
37	4	熱機器室	3	熱機器室	オートクレーブ	トミ精工	BSX-500	1	C	410	574	970
38	4	熱機器室	3	熱機器室	オートクレーブ	トミ精工	SX-500BH	1	C	410	574	970
39	4	熱機器室	3	熱機器室	オートクレーブ	トミ精工	BSX-500	1	C	410	574	970
40	4	熱機器室	3	BSL3室	オートクレーブ	トミ精工	BSX-500	1	C	500	900	1,000
41	4	熱機器室	3	熱機器室	乾熱滅菌器	マツ科学	SG800	1	C	750	750	1,700
42	4	培養基室	3	病原細菌検査室	インキュベーター	PHC	MIR-554	1	C	800	832	1,810
43	4	培養基室	3	ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	PHC	MDF-MU539H	1	F	793	770	1,802
44	4	培養基室	3	培地調製室	電子天秤	ザルリクス	PRACTUM224-1SJP	1	B	230	360	310
45	4	培養基室	3	病原細菌検査室	振盪機	シーマアイテック	CM-6200	1	D	300	220	160
46	4	培養基室	3	病原細菌検査室	振盪機	タイテック	M・BR-002	1	D	300	290	200
47	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	実体顕微鏡	ニコン		1	D	220	320	380
48	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 光源	ツァイス	KL1500LCD	1	D付属	210	260	190
49	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 電源ユニット	ニコン		1	D付属	100	170	100
50	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	位相差顕微鏡	ツァイス	AXIO SCOOP。AI	1	A	260	650	590
51	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 AXIO CAM	ツァイス		1	A付属	上記含む		
52	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 光源	ツァイス	SNT	1	A付属	180	250	120
53	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 デスクトップPC	富士通		1	A付属	340	380	100
54	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 モーター	EIZO		1	A付属	360	220	420
55	4	培養基室	3	真菌検査室・顕微鏡室	付属 インクジェットプリンター	キヤノン	iP4600	1	A付属	430	300	160
56	4	培養基室	3	病原細菌検査室	ビーズ破砕機	フナジ	FASTPREP-24	1	C	330	450	470
57	4	洗場	3	ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	パナソニック	MDF-MU500H	1	F	804	812	1,802
58	4	洗場	3	培地調製室	プラスチックワゴン			1	E	680	430	620
59	4	洗場	3	培地調製室	純水製造装置	メルク	Advantage5	1	A	330	480	500
60	4	洗場	3	培地調製室	付属 E-POD	メルク		1	A付属	280	460	590
61	4	洗場	3	培地調製室	付属 タンク	メルク		1	A付属	380	430	950
62	4	洗場	3	培地調製室	付属 ステンレス架台	メルク		1	A付属	830	560	810
63	4	洗場	3	病原細菌検査室/ ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	PHC	MDF-MU539H-PJ	2	F	793	770	1,802
64	4	洗場	3	ストッカー室（微生物課）	メティカルリーザー	パナソニック	MDF-U539	1	F	793	770	1,806

65	4	洗場	3	BSL3室	インキュベーター	PHC	MIR-154-PJ	1	C	700	580	1,018
66	4	洗場	3	薬品・資材庫	プロペキピネット	井内盛栄堂	BC-3型	1	E	460	600	760
67	4	ウイルス資材室	3	試薬調製室	卓上クリーンベンチ	日本医化器械	VST-1001	1	C	1,000	700	850
68	4	ウイルス資材室	3	試薬調製室	デシケーター			1	D	350	350	400
69	4	ウイルス資材室	3	試薬調製室	電子天秤	A&D	FA-2000	1	B	200	300	100
70	4	ウイルス資材室	3	培地調製室	電子レンジ	パナソニック	NE-S350F	1	D	480	350	290
71	4	ウイルス資材室	3	ストッカー室（微生物課）	マグネティックリザーバー	GALILEI	FMF-501FD	1	F	820	729	1,795
72	4	ウイルス資材室	3	遺伝子検査室	マグネティックリザーバー	パナソニック	MDF-MU300H	1	F	670	640	1,620
73	4	ウイルス資材室	3	試薬調製室	冷凍冷蔵庫	PHC	MPR-S500H-PJ	1	F	900	650	1,824
74	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	薬用保冷库	サンヨー	MPR-414F	1	F	800	700	1,800
75	4	ウイルス室(2)	3	ウイルス検査室	ルミナスラック			1	E	800	350	1,750
76	4	ウイルス室(2)	3	ウイルス検査室	高速冷却遠心機	ホセタ	6200	1	C	500	700	850
77	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	ルミナメーター	サトー	Qubit4	1	D	140	260	50
78	4	ウイルス室(2)	3	病原細菌検査室	全自動核酸抽出装置	サトー	KING FISHER DUO PRIME	1	A	450	400	300
79	4	ウイルス室(2)	3	病原細菌検査室	付属 ノートPC	NEC	LAVIE Direct	1	A付属	360	250	25
80	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	全自動核酸抽出装置	日本BD	BD MAX	1	A	950	760	740
81	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 UPS			1	A付属	150	500	440
82	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 モニター	日本BD		1	A付属	500	250	440
83	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 インクジェットプリンター	hp	6230	1	A付属	470	540	150
84	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	全自動核酸抽出装置	日本BD	BD MAX	1	A	950	760	740
85	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 UPS			1	A付属	150	500	440
86	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 モニター	日本BD		1	A付属	500	250	440
87	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	付属 インクジェットプリンター	hp	6230	1	A付属	470	540	150
88	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子解析室	冷却遠心機	ホセタ	3780	1	C	400	600	800
89	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子検査室	プラスチックボックス			1	E	640	440	830
90	4	ウイルス室(2)	3	遺伝子解析室	恒温水槽	EYELA	NTT-1200	1	D	500	250	350
91	4	ウイルス室(1)	2	執務室	ノートPC	hp		1	D	410	260	20
92	4	ウイルス室(1)	2	執務室	レーザープリンター	RICOH	SP6410	1	D	470	400	380
93	4	ウイルス室(1)	2	執務室	インクジェットプリンター	EPSON	EP-881AB	1	D	350	500	140
94	4	ウイルス室(1)	3	ウイルス検査室	ノートPC	東芝		1	D	380	260	40
95	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	リアルタイムPCR	サトー	Quant Studio	1	A	270	500	400
96	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 ノートPC	DELL		1	A付属	360	240	20
97	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 インクジェットプリンター	キャノン	TS6330	1	A付属	370	390	140
98	4	ウイルス室(4)	3	ストッカー室（微生物課）	マグネティックリザーバー	GALILEI	FMF-501FD	1	F	820	729	1,795

99	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	リアルタイムPCR	サモ	7500Fast	1	A	340	450	490
100	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 ノートPC	DELL		1	A付属	360	240	30
101	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 レーザープリンター	キヤノン	LBP7010C	1	A付属	400	400	260
102	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	振盪機	タイテック	EVR-032	1	D	310	370	140
103	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	ループアンプ	栄研化学	LA-320C	1	D	250	270	190
104	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 デスクトップ PC	エプソン		1	D付属	80	320	340
105	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	付属 モニター	I・Oデータ		1	D付属	370	200	380
106	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	マイクロプレートリーダー	バイオラッド	iMark	1	D	400	350	160
107	4	ウイルス室(4)	3	遺伝子検査室	インクジェットプリンター	エプソン	EP-306	1	D	390	500	150
108	4	情報処理室	3	真菌検査室・顕微鏡室	ノートPC	富士通		1	D	380	250	30
109	4	情報処理室	3	真菌検査室・顕微鏡室	ラミネーター	GBC	GLMLOPA3	1	D	500	230	110
110	4	検体受付室	3	ウイルス検査室	薬用保冷庫	PHC	MPR-N450FSH	1	F	800	640	1,810
111	4	検体受付室	3	試薬調製室	メティカルフリーザー	PHC	MDF-MU549DH	1	F	793	770	1,802
112	4	検体受付室	3	試薬調製室	メティカルフリーザー	PHC	MDF-MU549DH	1	F	793	770	1,802
113	4	検体受付室	3	検体収受室	電子天秤	サトルウス	CP4202S-0CE	1	B	300	400	250
114	4	検体受付室	3	試薬調製室	デュープリーパー	PHC	MDF-DU300H-PJ	1	F	750	870	1,830
115	4	検体受付室	3	病原細菌検査室	インキュベーター	パナソニック	MIR-554	1	C	800	832	1,810
116	4	細菌検査室	3	食品検査室	殺菌用ロッカー	アスワン	W-02FN NJ020704	1	E	880	515	1,790
117	4	細菌検査室	3	食品検査室	オートクレーブ	トミ精工	LSX-500	1	C	410	574	970
118	4	細菌検査室	3	食品検査室	電子レンジ	アイリスオーヤマ	IMB-T171-5	2	D	500	350	300
119	4	細菌検査室	3	食品検査室	オートクレーブ	トミ精工	LSX-500	1	C	410	574	970
120	4	細菌検査室	3	食品検査室	インキュベーター	PHC	MIR-154	1	C	700	580	1,018
121	4	細菌検査室	3	食品検査室	ウォーターバス	東京理化	NTS-4000BH	1	D	300	540	342
122	4	細菌検査室	3	食品検査室	ウォーターバス	トマス	T-105	1	D	640	445	370
123	4	細菌検査室	3	食品検査室	ウォーターバス	ヒラサ	WM-5-CP	1	D	680	400	370
124	4	細菌検査室	3	食品検査室	嫌気性培養装置	ヒラヤマ	FA-12M	1	A	1,300	710	1,200
125	4	細菌検査室	3	食品検査室	嫌気性培養装置用ジャー（長）	ヒラヤマ		14	A付属	210	210	550
126	4	細菌検査室	3	食品検査室	嫌気性培養装置用ジャー（短）	ヒラヤマ		7	A付属	210	210	300
127	4	細菌検査室	3	培地調整室	ミックスロータ	アスワン	VMR-5R	1	D	450	250	100
128	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	回転培養器	東京理化	MBS-1	1	D	210	330	410
129	4	細菌検査室	3	食品検査室	安全キャビネット	日本エテック	BHC1910ⅡA2	1	A	2,100	790	1,970
130	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	安全キャビネット	エテック	BHC-1303ⅡA/B3	1	A	1,500	730	2,220
131	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	オートクレーブ	トミ精工	BSX-500	1	C	410	574	970
132	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	薬用保冷庫	サヨー	MPR-411F	1	F	800	600	1,805
133	4	細菌検査室	3	食品検査室	メティカルフリーザー	日本フリーザー	KGT-4010HC	1	F	600	660	2,000

134	4	細菌検査室	3	食品検査室	薬用保冷库	パナソニック	MPR-414F	1	F	800	642	1,805
135	4	細菌検査室	3	食品検査室	インキュベーター	PHC	MIR-554	1	C	800	832	1,810
136	4	細菌検査室	3	食品検査室	冷蔵ショーケース	サンヨー	MPR-513R	1	F	900	600	1,790
137	4	細菌検査室	3	食品検査室	インキュベーター	PHC	MIR-254-PJ	1	C	700	580	1,618
138	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	デンプンフリーザー	PHC	MDF-DU300H-PJ	1	F	750	870	1,830
139	4	細菌検査室	3	培地調製室	ホットスター	アズワン	RSH-4AN	1	D	360	320	110
140	4	細菌検査室	3	培地調製室	pHメーター	和バ	F-72L	1	C	300	250	500
141	4	細菌検査室	3	培地調製室	電子天秤	サトルリス	PRACTUM3102	1	B	220	370	100
142	4	細菌検査室	3	食品検査室	CO2カウンター	柴田科学	CL-570	1	D	300	380	220
143	4	細菌検査室	3	培地調製室	デシケーター	パソリナ		1	D	350	370	410
144	4	細菌検査室	3	培地調製室	デシケーター(白)			1	D	320	350	530
145	4	細菌検査室	3	培地調製室	デシケーター(アルミ箔)			1	D	500	320	350
146	4	細菌検査室	3	培地調製室	デシケーター(黒)			1	D	250	260	260
147	4	細菌検査室	3	食品検査室	電子天秤	新光電子	CJ-3200S	1	B	200	310	100
148	4	細菌検査室	3	食品検査室	シーラー	MIKUNI	FR-300L	1	D	80	450	170
149	4	細菌検査室	3	食品検査室	ストマッカー	グンゼ産業	D型 05-50011	1	D	240	400	300
150	4	細菌検査室	3	食品検査室	電子天秤	サトルリス	PRACTUM3102	1	B	220	370	100
151	4	細菌検査室	3	食品検査室	電子天秤	サトルリス	ED4202S	1	B	300	320	100
152	4	細菌検査室	3	食品検査室	ストマッカー	グンゼ産業	D型 05-50011	1	D	240	400	300
153	4	細菌検査室	3	食品検査室	ストマッカー	インターサイエンス	XJ-0907-020	1	D	260	390	290
154	4	細菌検査室	3	食品検査室	CO2カウンター	池本 メーカー不明		2	D	250	300	300
155	4	細菌検査室	3	食品検査室	ウォーターバス	アズワン	TR-2α	1	D	194	336	310
156	4	細菌検査室	3	食品検査室	ヒートブロック	アズワン	MyBL-100c	1	D	300	225	195
157	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	ドライサモユニット	タイテック	DTU-1C	1	D	220	300	230
158	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	スライダー	栄研化学	D-60	1	D	180	180	180
159	4	細菌検査室	3	食品検査室	遠心機	日立	CT15RE	1	C	290	538	307
160	4	細菌検査室	3	遺伝子検査室	卓上安全キャビネット	エテック	BHC-T701 II A2G	1	A	900	650	1,100
161	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	卓上遠心機	ケムタ	4200	1	C	440	560	310
162	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	UV測定装置	アズワン	ENA-260C	1	D	320	250	280
163	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	エルクアワゴン	エルクア		1	E	1,000	460	800
164	4	細菌検査室	3	真菌検査室・微鏡室	油回転真空ポンプ	アズワン	AOP42C	1	D	270	119	216
165	4	細菌検査室	3	真菌検査室・微鏡室	油回転真空ポンプ	アズワン	AOP42C	1	D	270	119	216
166	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	CO2ボンベスタンド			1	E	600	350	1,150
167	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	ウォーターバス(卓上恒温水槽)	アズワン	サーマルボ TR-2AR	2	D	194	336	310

168	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	ヒートアップ	タイテック	DTU 1C	1	D	200	300	100
169	4	細菌検査室	3	食品検査室 病原細菌検査室	手指消毒液スタンド			4	D	400	400	1,150
170	4	細菌検査室	3	病原細菌検査室	ハンディーUVランプ	アズワン	SLUV-6	1	D	310	220	250
171	4	細菌検査室	3	培地調製室	自動分注器	ヒラサワ	FH-10SS	2	D	315	175	380
172	4	細菌係室	2	執務室	レーザープリンター	RICOH	SP-C750	1	D	450	550	500
173	4	細菌係室	2	執務室	スキャナー	EPSON	DS-60000	1	D	630	510	280
174	4	4F廊下	3	遺伝子検査室	キャスター付作業台	カハ		2	D	1,800	750	820
175	3	職員執務室	2	執務室	電子レンジ	アイリスオーヤマ	IBM-F184-5-WPG	1	D	460	380	290
176	3	職員執務室	2	執務室	複合機	コニカミノ	Bizhub450i	1	D	620	750	1,210
177	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	ステンレスフリーザー	サンヨー	MDF-U536	1	F	810	820	1,720
178	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	ステンレスフリーザー	サンヨー	MDF-U339	1	F	660	830	1,810
179	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	ステンレスフリーザー	PHC	MDF-MU539H-PJ	1	F	840	800	1,800
180	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	ステンレスフリーザー	サンヨー	MDF-U536	1	F	810	820	1,720
181	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	冷蔵庫	東芝	HR-75A	1	F	760	840	1,920
182	3	ストッカー室	3	ストッカー室（食品係）	ステンレスフリーザー	PHC	MDF-MU539H-PJ	1	F	840	800	1,800
183	3	ガスクロマトグラフ室	3	農薬・動医薬分析室	薬用冷蔵庫ケース	サンヨー	MPR-414FRS	1	F	800	630	1,810
184	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	ガスクロマトグラフ	島津製作所	GC-2014	1	A	480	70	900
185	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	1	A付属	上記含む		
186	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 イアコンプレッサー	日立	0.2LE-5.0SB	1	A付属	450	250	520
187	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	ガスクロマトグラフ	島津製作所	GC-2014	1	A	480	700	900
188	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	1	A付属	上記含む		
189	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 デスクトップPC	富士通		1	A付属	150	400	350
190	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 モニター	I・オータ		1	A付属	500	200	370
191	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 モニター	富士通		1	A付属	500	200	350
192	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	付属 インクジェットプリンター	キャノン	iB4130	1	A付属	480	500	290
193	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	卓上PCラック	サンワダイ		1	E	730	430	550
194	3	ガスクロマトグラフ室	2	GC/MS室	卓上PCラック			1	E	540	450	670
195	3	3F精密機器室	3	その他の機器室	水分活性測定装置	ハバシーナ	Lab Touch-aw	1	C	200	280	110
196	3	3F精密機器室	2	顕微鏡室	実体顕微鏡	コソ		1	D	300	350	470
197	3	生物試験室	2	顕微鏡室	偏光分散顕微鏡	コソ	ECLIPSE LV100	1	A	260	600	650
198	3	生物試験室	2	顕微鏡室	付属 デスクトップPC			1	A付属	150	370	350
199	3	生物試験室	2	顕微鏡室	付属 モニター	I・オータ		1	A付属	510	170	390
200	3	生物試験室	2	顕微鏡室	位相差顕微鏡	コソ	ECLIPSE 80i	1	C	320	680	560
201	3	生物試験室	2	顕微鏡室	低温灰化装置	ヤマト科学	PR300	1	C	440	520	560

202	3	生物試験室	2	顕微鏡室	付属 真空ポンプ	PHIL		1	C付属	460	270	460
203	3	生物試験室	3	その他の機器室	ウォーターバス	ヤマト科学	BM200	1	D	310	370	220
204	3	生物試験室	3	その他の機器室	デシケーター	アズワン		1	D	350	350	400
205	3	生物試験室	3	その他の機器室	シーカー	イワキ	SHK-U3	1	D	360	340	150
206	3	生物試験室	3	その他の機器室	オートクレーブ	ヤマト科学	SP500	1	C	440	530	1,100
207	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	インクジェット複合機	キヤノン	MB2730	1	D	460	480	360
208	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	カーボンナライザー	サンゼットホムラトリ	5 L	1	A	410	410	490
209	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	付属 水素発生装置	GLサイエンス	HG270	1	A付属	150	410	320
210	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	付属 ノートPC	NEC		1	A付属	360	260	20
211	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	付属 インクジェットプリンター	キヤノン	iX6830	1	A付属	580	650	320
212	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	付属 卓上PCラック			1	A付属	800	430	590
213	3	酸性雨分析室	2	大気分析室	レーザープリンター	キヤノン	LBP651C	1	D	440	470	290
214	3	大気分析室2	2	大気有機分析室	ウォーターバス	アドバンテック	TBM106AA	1	D	880	300	210
215	3	大気分析室2	2	金属前処理室	マルチキューブ	アントンパール	Multicube 48	1	A	530	400	250
216	3	大気分析室2	2	金属前処理室	付属 コントローラー	アントンパール	Multicube CT	1	A付属	190	180	110
217	3	大気分析室2	2	金属前処理室	マルチキューブ	アントンパール	Multiwave 5000	1	A	610	600	780
218	3	大気分析室2	2	金属前処理室	ホットプレート(電源)	ANALAB		1	D	200	160	70
219	3	大気分析室2	2	金属前処理室	ホットプレート(本体)	ANALAB		1	D付属	400	300	280
220	3	大気分析室2	2	大気有機分析室	ウォーターバス	アズワン	TB-2N	1	D	370	330	120
221	3	大気分析室2	2	金属分析機器室	水銀定量用分解装置	スギヤマケン	EHP-01-6EL	1	D	1,300	300	1,060
222	3	大気分析室1	2	大気分析室	デスクトップ PC	EPSON	ENDEAVOR NJ 4400 E-2	1	D	290	290	100
223	3	大気分析室1	2	大気分析室	モニター	DELL		1	D	510	220	390
224	3	大気分析室1	2	大気分析室	乾燥器	アドバンテック	DRN620DB	1	C	730	680	850
225	3	大気分析室1	2	大気有機分析室	メティカルフリーザー	PHC	MDF-MU539-PJ	1	F	830	840	1,800
226	3	大気分析室1	2	大気分析室	メティカルフリーザー	PHC	MDF-MU539H-PJ	1	F	610	630	1,620
227	3	大気分析室1	2	大気分析室	薬品保冷库	PHC	MPR-N450FH	1	F	810	640	1,830
228	3	大気分析室1	2	大気有機分析室	冷凍冷蔵庫	杉ざき	HRF-120ZF	1	F	1,200	810	1,950
229	3	大気分析室1	2	大気分析室	卓上ヒュームフード	アズワン	PS01-A	1	D	700	510	650
230	3	大気分析室1	2	大気分析室	pHメーター	杉バ	F-74	1	C	180	190	70
231	3	大気分析室1	2	大気分析室	電子天秤	ザルトリウス	QUINTIX3102-1SJP	1	B	220	350	100
232	3	大気分析室1	2	大気分析室	乾燥器	アドバンテック	DRN620DD	1	C	730	660	850
233	3	大気分析室1	2	大気分析室	超音波洗浄機	アズワン	MCD-13	1	D	400	410	310
234	3	大気分析室1	2	大気分析室	超音波洗浄機	アズワン	US-5	1	D	550	460	250
235	3	大気分析室1	2	大気有機分析室	超音波洗浄機	アズワン	MCD-10	1	D	370	340	300

236	3	大気分析室 1	2	大気分析室	ノートPC	富士通	LIFEBOOK NH77/00	1	D	400	350	290
237	3	大気分析室 1	2	大気分析室	低温恒温槽	トーマス	T-10L	1	D	420	400	510
238	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	冷凍冷蔵庫	シャープ	SJ-23A-S	1	F	550	580	520
239	3	食品添加物分析 室	3	検体採取室	粉碎機	レッヂ	ZM200	1	C	420	370	530
240	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	ホットプレートスター	アトバノテック	SR-650	1	D	350	380	250
241	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（火気使 用）	ウォーターバス	ヤマト科学	BS660	1	D	630	450	850
242	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	ウォーターバス	アトバノテック	LB-240	1	D	370	400	750
243	3	食品添加物分析 室	3	器具洗浄スペース	乾燥器	アトバノテック	DRM620DA	1	C	740	700	870
244	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（火気使 用）	ウォーターバス	ヤマト科学	D BA500	1	D	700	500	750
245	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	ホジナイザー	NISSEI	DX	1	D	250	260	550
246	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	電子天秤	オラー	PJ3000	1	C	200	380	90
247	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	IHポーター	東京理化	N-1	1	C	400	600	1,070
248	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	付属 ウォーターバス	東京理化		1	C付属	上記含む		
249	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	IHポーター	東京理化	N-2	1	C	400	600	1,070
250	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	付属 ウォーターバス	ヤマト科学	BM302	1	C付属	上記含む		
251	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	付属 ホン	ビュ	V-500	1	C付属	250	400	460
252	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	付属 バキュームコントロー	ビュ	V-800	2	C付属	上記含む		
253	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	付属 フラ	東京理化	CA-1111	1	C付属	360	450	900
254	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（火気使 用）	ゲルベール乳脂計用遠心機	FUNKE	nova safety	1	C	530	460	220
255	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	超音波洗浄機	アワン	AUC-1L	1	D	170	270	150
256	3	食品添加物分析 室	3	食品化学分析室（溶媒使 用）	卓上遠心機	カタ	2420	1	C	370	470	320

257	3	食品添加物分析室	3	食品化学分析室（溶媒使用）	4連スケーラー	東洋製作所	PC-4T	1	D	390	420	140
258	3	食品添加物分析室	3	食品化学分析室（溶媒使用）	ホットプレート	ヤマト科学	HK300	1	D	442	380	160
259	3	食品化学分析室	3	検体採取室	オープンキャビネット			1	E	880	400	1,150
260	3	食品化学分析室	3	検体採取室	フックカート			1	E	600	350	900
261	3	食品化学分析室	2	高速液体クロマトグラフ室	レーザープリンター	キヤノン	LBP7200CN	1	D	410	500	330
262	3	食品化学分析室	2	執務室	インクジェット複合機	EPSON		1	D	430	550	450
263	3	食品化学分析室	3	検体採取室	デスクトップ PC	NEC		1	D	650	500	420
264	3	食品化学分析室	3	検体採取室	モニター	I・オータ		1	D	上記含む		
265	3	食品化学分析室	3	検体採取室	無停電電源装置	山金		1	D	上記含む		
266	3	食品化学分析室	2	農薬・動医薬分析室	メティカルリーザー	サヨー	MDF-U338	1	F	660	800	1,800
267	3	食品化学分析室	3	検体採取室	インクジェットプリンター	キヤノン	G3310	1	D	450	500	250
268	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（火気使用）	水蒸気蒸留装置一式			1	D	1,100	800	2,300
269	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（火気使用）	カルバール窒素分解装置	スギヤマケン	KJ-6EX	1	D	900	480	550
270	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（火気使用）	ウォーターバス	アトバノテック	TBM106AA	1	D	900	300	900
271	3	食品化学分析室	3	検体採取室	メティカルリーザー	パナニック	MPR-414F-PJ	1	F	800	630	1,800
272	3	食品化学分析室	3	検体採取室	電子天秤	ザルトリウス	L2200S	1	B	220	300	80
273	3	食品化学分析室	3	検体採取室	粉碎機	レッヂ	GM200	1	C	200	250	360
274	3	食品化学分析室	3	検体採取室	pHメーター	ホバ	F-55	1	C	350	300	350
275	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（溶媒使用）	6連マグネツクスケーラー	アズワン	HS-360	1	D	600	420	200
276	3	食品化学分析室	3	検体採取室	粉碎機	レッヂ	GM300	1	C	400	450	350
277	3	食品化学分析室	3	検体採取室	ホジナイザー	日本精機製作所		1	D	300	310	700
278	3	食品化学分析室	3	検体採取室	電子天秤	新光電子	HJR II -3200	1	B	230	330	100
279	3	食品化学分析室	3	検体採取室	電子天秤	新光電子	HJR II -4200	1	B	230	330	100
280	3	食品化学分析室	3	検体採取室	フードプロセッサ	ナショナル	MK-K58	1	E	150	250	210
281	3	食品化学分析室	3	検体採取室	フードプロセッサ	パナニック	MK-K61	1	E	150	250	210
282	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（火気使用）	蒸留装置			1	D	500	500	1,130
283	3	食品化学分析室	3	食品化学分析室（火気使用）	付属 扉	東京理化	CCA-1100	1	D付属	210	410	530
284	3	微量分析室	3	器具洗浄スペース	遠心機	ホバ	5930	1	C	500	650	860
285	3	微量分析室	3	器具洗浄スペース	乾燥器	アトバノテック	DRN620DC	1	C	750	700	850
286	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	窒素吹付装置			1	D	160	290	360

287	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	振盪機	東京理化	MMS-5010	1	D	460	380	190
288	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	電子天秤	新光電子	ALE323R	1	B	200	250	160
289	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	超音波洗浄機	アズワン	AUC-1L	1	D	160	250	160
290	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	電子天秤	メラー	PJ3000	1	B	200	360	90
291	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	超音波洗浄機	アズワン	PT-10-35GT	1	D	200	320	710
292	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	超音波洗浄機	アズワン	R-100	2	C	1,000	600	850
293	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	付属 バス	アズワン	B-100	2	C付属	上記含む		
294	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	付属 ホット	アズワン	V-100	2	C付属	上記含む		
295	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	付属 コントローラー	アズワン	I-100	2	C付属	上記含む		
296	3	微量分析室	3	農薬・動医薬分析室	付属 フォー	東京理化	CA-1111	1	C付属	360	390	900
297	3	湯沸室	2	執務室	電子レンジ	シャープ	RE-T3	1	D	460	380	270
298	3	3F廊下	2	執務室	冷凍庫	アイリスオーヤマ	KUGD-6B	1	D	470	510	830
299	3	3F廊下	2	執務室	インクジェット複合機	キヤノン	MB2730	1	D	460	430	320
300	2	環境分析室	2	水質分析室	冷凍冷蔵庫	GALILEI	FMS-F154GS	1	F	500	700	1,870
301	2	環境分析室	2	水質分析室	ウォーターバス	トマス	T-22	1	D	530	400	260
302	2	環境分析室	2	水質分析室	冷蔵庫	GALILEI	FMS-304GU	1	F	800	540	1,870
303	2	環境分析室	2	大気分析室	イオンクロマトグラフ	DIONEX(サーモ)		1	A	上記含む		
304	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 オートサンプリング	DIONEX(サーモ)	AS-AP	1	A付属	470	510	370
305	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 可変波長検出器	DIONEX(サーモ)	VWD	1	A付属	450	600	580
306	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 検出器	DIONEX(サーモ)	DC	1	A付属	上記含む		
307	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 溶離液ジェネレーターモジュール	DIONEX(サーモ)	EG	1	A付属	230	570	420
308	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 ホット	DIONEX(サーモ)	DP	1	A付属	230	570	420
309	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 グラフインテクト	DIONEX(サーモ)	GP50	1	A付属	220	430	340
310	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 グラフインテクト	DIONEX(サーモ)	GP50	1	A付属	220	430	340
311	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 デスクトップPC	DELL		1	A付属	550	600	400
312	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 モニター	DELL		1	A付属	上記含む		
313	2	環境分析室	2	大気分析室	付属 レザープリンター	RICOH	SP2300L	1	A付属	380	450	290
314	2	環境分析室	2	水質分析室	ワゴン			1	E	500	370	600
315	2	環境分析室	2	水質分析室	スチールワゴン(白)			4	E	400	580	600
316	2	環境分析室	2	水質分析室	台はかり			1	D	400	500	150
317	2	環境分析室	2	水質分析室	2段カート			1	E	750	500	850
318	2	溶媒室(西)	2	水質分析室	溶出振盪試験装置	宮本理研	MW-Z	1	D	850	550	710
319	2	溶媒室(西)	2	金属前処理室	マイクロウェーブ	アントパール	Multiwave 3000	1	A	600	620	750
320	2	溶媒室(西)	2	金属前処理室	ホットプレート(本体)			1	C	400	300	120

321	2	溶媒室(西)	2	金属前処理室	付属 コントローラー	ANALAB	IAS06-PLA3-PXE4	1	C付属	210	300	90
322	2	溶媒室(西)	2	溶媒室	遠心機	株式会社	S700FR	1	C	550	650	840
323	2	溶媒室(西)	2	溶媒室	アスピレーター	マト科学	WP-15	2	D	370	300	370
324	2	溶媒室(西)	2	溶媒室	バキュームポンプ	日東工器	LV-660	2	D	250	180	230
325	2	溶媒室(西)	2	金属前処理室	電子天秤	ザルリウス	SECURA5102	1	B	220	360	100
326	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	作業台			1	D	900	600	740
327	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	ワゴン			1	E	500	370	600
328	2	環境細菌検査室	2	金属前処理室	超純水製造装置	ザルリウス	arium pro	1	D	450	500	500
329	2	環境細菌検査室	2	金属前処理室	付属 advance	ザルリウス	arium advance	1	D付属	360	450	500
330	2	環境細菌検査室	2	金属前処理室	付属 タンク	ザルリウス	arium bag tank50	1	D付属	260	600	850
331	2	環境細菌検査室	2	金属前処理室	付属 給水ポンプ		DK-8850	2	D付属	200	500	300
332	2	環境細菌検査室	2	金属前処理室	付属 ティンパナー			1	D付属	200	500	600
333	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	インキュベーター	マト科学	IS600	1	D	720	680	890
334	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	インキュベーター	パナソニック	MIR-2545-PJ	1	C	730	600	1,520
335	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	溶存酸素計	YSI	4010-2W	1	C	400	300	280
336	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	ウォーターバス	島津製作所	SBAC-30	1	D	620	350	400
337	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	付属 投込式クーラー	島津製作所	SC-20	1	D付属	230	330	420
338	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	電子天秤	ザルリウス	BCF22021	1	B	220	320	80
339	2	環境細菌検査室	2	溶媒不使用室	ステンレスワゴン			1	E	610	410	820
340	2	環境細菌検査室	2	水質分析室	攪拌機	アズワン	SMT-103	1	D	500	600	1,150
341	2	氷室	2	資材庫	振盪機	ミナミ理研	V1BRO	1	D	300	370	720
342	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	原子吸光光度計	パリアンテクノロジー	AA280FS	1	A	800	1,000	730
343	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	付属 ティンクスター PC	hp		1	A付属	100	380	340
344	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	付属 モニター	hp		1	A付属	460	190	360
345	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	付属 インクジェットプリンター	hp	8210	1	A付属	500	510	220
346	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	付属 卓上PCラック			1	A付属	550	460	670
347	2	原子吸光分析室	2	金属分析機器室	サイレントコンプレッサー				A付属			
348	2	原子吸光分析室	2	大気分析室	VOC測定装置	東亜DKK	GHT-200	1	D	220	460	350
349	2	2F精密機器室	2	大気分析室	TOC計	島津製作所	TOC-VCPh	1	A	440	660	460
350	2	2F精密機器室	2	大気分析室	付属 オートサンダー	島津製作所	ASI-V	1	A付属	350	560	490
351	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 ガスディレーター	GLサイエンス	TGG2550	1	A付属	200	340	400
352	2	2F精密機器室	2	大気分析室	付属 ティンクスター PC	DELL		1	A付属	190	430	410
353	2	2F精密機器室	2	大気分析室	付属 モニター	富士通		1	A付属	410	190	410
354	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 アイソコンプレッサー	日立	PO-0.4LESN	1	A付属	480	380	820
355	2	2F精密機器室	2	水質分析室	TOC計	島津製作所	TOC-LCPh	1	A	340	720	480

356	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 オートサンプラー	島津製作所	ASI-L	1	A付属	370	540	500
357	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 デスクトップPC	富士通		1	A付属	90	340	350
358	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 モニター	I・Oデータ		1	A付属	560	190	420
359	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 レーザープリンター	キヤノン	LBP622C	1	A付属	420	410	280
360	2	2F精密機器室	2	水質分析室	付属 PCラック			1	E	800	720	1,190
361	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	高感度還元気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-5	1	A	250	260	270
362	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	付属 ノートPC	東芝	Dynabook	1	A付属	380	260	30
363	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	水銀測定装置	日本インスツルメンツ	MA-3000	1	A	430	740	460
364	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	付属 酸素供給装置			1	A付属	330	400	660
365	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	付属 ノートPC	hp		1	A付属	380	260	20
366	2	2F精密機器室	2	金属分析機器室	付属 モニター	DELL		1	A付属	440	180	400
367	2	熱機器室	2	熱機器室	乾燥器	アトバノテック	FC-410	1	C	580	620	810
368	2	熱機器室	2	熱機器室	乾燥器	東京理化	WFO-420W	1	C	560	620	830
369	2	熱機器室	2	熱機器室	乾燥器	アトバノテック	DRN620DB	1	C	800	700	850
370	2	熱機器室	2	熱機器室	電気炉	イリス	PIR-24K	1	C	490	740	700
371	2	熱機器室	2	熱機器室	電気炉	アトバノテック	FUL242FB	1	C	600	690	700
372	2	熱機器室	2	熱機器室	デシケーター大			1	D	400	400	500
373	2	天秤室	2	天秤室	デシケーター			1	D	320	380	440
374	2	天秤室	2	天秤室	電子天秤	ザルトリウス	MCE224S-2S01-I	1	B	250	400	370
375	2	天秤室	2	天秤室	電子天秤	ザルトリウス	ME215S	2	B	260	550	290
376	2	天秤室	2	天秤室	デシケーター大			3	D	400	400	500
377	2	天秤室	2	天秤室	デシケーター中			3	D	350	350	400
378	2	天秤室	2	天秤室	デシケーター小			1	D	250	250	300
379	2	ICP-MS室	2	第2熱機器室	デシケーター大			1	D	400	400	500
380	2	ICP-MS室	2	第2熱機器室	デシケーター中			2	D	350	350	400
381	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	デシケーター	アパロン	AUTO-DRY	1	D	580	530	1,060
382	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	GCMS	島津製作所	GCMS-TQ8040	1	A	1,500	950	1,270
383	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 GC	島津製作所	GC-2010 Plus	1	A付属	上記含む		
384	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 ヘッドスペースサンプラー	島津製作所	HS-20	1	A付属	上記含む		
385	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 オートサンプラー	島津製作所	AOC6000	1	A付属	上記含む		
386	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 デスクトップPC	富士通		1	A付属	330	340	100
387	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 モニター	富士通		1	A付属	520	200	380
388	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 モニター	I・Oデータ		1	A付属	510	180	400
389	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 レーザープリンター	RICOH	C250L	1	A付属	480	500	400

390	2	第2ガスマス室	2	GC/MS室	付属 真空ポンプ	アルバック	GHD-031A	1	A付属	120	300	230
391	2	臭気分析室	2	GC/MS室	ガスクロマトグラフ	島津製作所	GC-2010	1	A	700	640	450
392	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 フラッシュバルブ	島津製作所	FLS-3	1	A付属	250	460	200
393	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 フラッシュバルブ	島津製作所	FLS-1	1	A付属	250	460	200
394	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 臭気濃縮装置	島津製作所	VPC-1B	1	A付属	470	460	700
395	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 水素発生装置	GIサインス	HG-2500	1	A付属	220	370	350
396	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 デスクトップ PC	富士通		1	A付属	500	330	420
397	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 モニター	シャープ		1	A付属	上記含む		
398	2	臭気分析室	2	GC/MS室	付属 レザーブリンター	キヤノン	LBP3300	1	A付属	360	360	260
399	2	臭気分析室	2	GC/MS室	標準ガス発生装置	ガステック	PD-1B	1	D	320	270	320
400	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	レザーブリンター	キヤノン	LBP7200CN	1	D	410	480	340
401	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	レザーブリンター	キヤノン	LBP7200CN	1	D	410	480	340
402	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	デスクトップ PC	HP		1	D	180	400	370
403	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	モニター	三菱		1	D	370	180	400
404	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	デスクトップ PC	DELL		1	D	110	420	400
405	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	インクジェットプリンター	キヤノン	iP4200	1	D	420	300	160
406	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	インクジェットプリンター	HP	PX-V700	1	D	470	350	320
407	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	HPLC	島津製作所		1	A	上記含む		
408	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 UV検出器	島津製作所	SPD-20AV	1	A付属	270	440	690
409	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 ダイオードアレイ検出器	島津製作所	SPD-M20A	1	A付属	上記含む		
410	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 カラムウォッシュ	島津製作所	CTO-20AC	1	A付属	上記含む		
411	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 蛍光検出器	島津製作所	RF-10AXL	1	A付属	260	520	760
412	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 システムコントローラー	島津製作所	CBM-20A	1	A付属	上記含む		
413	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属オートサンプラー	島津製作所	SIL-10Ai	1	A付属	上記含む		
414	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 サンプルクーラー	島津製作所	SAMPLE COOLER	1	A付属	上記含む		
415	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 デガasser	島津製作所	DGU-20A5	1	A付属	270	440	560
416	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	島津製作所	LC-20AD	1	A付属	上記含む		
417	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	島津製作所	LC-20AD	1	A付属	上記含む		
418	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	島津製作所	LC-10Ai	1	A付属	上記含む		
419	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 デスクトップ PC	富士通	FMVD52001	1	A付属	90	340	340
420	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 モニター	富士通	DY22-8T	1	A付属	380	140	380
421	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 レザーブリンター	キヤノン	LBP3300	1	A付属	360	350	260
422	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 化学反応槽	島津製作所	CRB-6A	1	A付属	270	430	320
423	2	高速液相室	2	高速液体クロマトグラフ室	HPLC	アグilent		1	A	上記含む		

424	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 バイオリアンプ	アズレント	G7129A	1	A付属	400	490	600
425	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	アズレント	G7111B	1	A付属	上記含む		
426	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 ダイオードアレイ検出器	アズレント	G7117B	1	A付属	400	440	430
427	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 ダイオードアレイ検出器	アズレント	G7115A	1	A付属	上記含む		
428	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 蛍光検出器	アズレント	G7121B	1	A付属	上記含む		
429	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 デスクトップ PC	hp		1	A付属	110	380	340
430	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 モニター	hp		1	A付属	490	220	420
431	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 モニター	hp		1	A付属	490	210	410
432	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	LCMS	AB SCIEX	QTRAP4500	1	A	760	940	580
433	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 デガッサー	AB SCIEX	Degasser	1	A付属	270	450	700
434	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	AB SCIEX	AC Pump	1	A付属	上記含む		
435	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 オートサンプラー	AB SCIEX	AD Auto sampler	1	A付属	上記含む		
436	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 ソルベントバルブ	AB SCIEX	Solvent Valve	1	A付属	260	430	800
437	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 コントローラー	AB SCIEX	Controller	1	A付属	上記含む		
438	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 送液ポンプ	AB SCIEX	AC Pump	1	A付属	上記含む		
439	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 カラムオーブン	AB SCIEX	AC Colum Oven	1	A付属	上記含む		
440	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 デスクトップ PC	DELL		1	A付属	180	430	420
441	2	高速液クロ室	2	高速液体クロマトグラフ室	付属 モニター	DELL		1	A付属	550	200	440
442	2	高速液クロ室内蒸留室	3	その他の機器室	ゲル撮影装置	ビュッセルマット	ECX-15.M	1	D	340	290	400
443	2	高速液クロ室内蒸留室	3	その他の機器室	PCR	ABI	9700	1	C	300	410	310
444	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	振盪機	ワイ	8-20-W	1	D	700	540	620
445	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	スチールコップ			1	E	500	360	600
446	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	マンピーター	東洋科学産業	FD10	1	D	530	230	1,210
447	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	ウォーターバス	アドバンテック	TBM106AA	1	D	920	320	890
448	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	卓上遠心機	ホセタ	8420	1	C	510	620	380
449	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	振盪機	宮本理研	MW-LRR	1	D	950	700	570
450	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	振盪機	ワイ	8-20-W	1	D	650	580	660
451	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	IRポレーター	東京理化	N-N	1	C	650	460	1,060
452	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	付属 ウォーターバス	イナ	IWB-250	1	C付属	上記含む		
453	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	付属 ダイアフラムポンプ	東京理化	EVP-1000	1	C付属	100	290	180
454	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	IRポレーター	東京理化	N-1300	1	C	上記含む		
455	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	付属 ウォーターバス	東京理化	SB-1300	1	C付属	650	400	970

456	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	付属 タンクポンプ	東京理化	NVP-1000V	1	C付属	230	360	620
457	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	付属 フォー	東京理化	CA-1116A	1	C付属	360	380	850
458	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	固相加圧送液装置	GIサインス	SPL698T	1	C	180	320	390
459	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	固相抽出送液装置	GIサインス	AL899P	2	C	200	200	300
460	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	固相加圧送液装置	GIサインス	AL898C	1	C	140	280	240
461	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	ホットプレート	バイオメディカル	NHP-M30N	1	D	300	200	80
462	2	溶媒室(水質)	2	溶媒室	ウォーターバス	ヤマト科学	BS-601	1	D	950	350	870
463	2	水質分析室	2	水質分析室	薬用保冷库	パナソニック	MPR-414FS	1	F	800	630	1,800
464	2	水質分析室	2	水質分析室	振盪恒温水槽	アトバシテック	TBK302HA	1	D	460	750	450
465	2	水質分析室	2	水質分析室	リザーバー	GALILEI	FMF-301F	1	F	500	770	1,800
466	2	水質分析室	2	水質分析室	超音波洗浄機	イワ	VS-100	1	D	240	250	190
467	2	水質分析室	2	水質分析室	超音波洗浄機	ブラソソ	2200	1	D	290	220	230
468	2	水質分析室	2	洗浄室	乾燥器	アトバシテック	DRA330DC	1	C	450	470	650
469	2	水質分析室	2	水質分析室	超音波洗浄機	アトム医科	AU-308CB	1	D	650	410	460
470	2	水質分析室	2	水質分析室	ウォーターバスシェーカー	東京理化	HB-SS	1	D	860	460	420
471	2	水質分析室	2	水質分析室	アスピレーター	ヤマト科学	WP-15	1	D	360	300	370
472	2	水質分析室	2	水質分析室	ウォーターバスシェーカー	トマス	T-N225	1	D	630	420	330
473	2	水質分析室	2	水質分析室	電子天秤	サトルリス	SECURA5102	1	B	220	350	100
474	2	水質分析室	2	洗浄室	phメーター	利バ	F-72	1	C	400	300	400
475	2	水質分析室	2	洗浄室	phメーター	東亜DKK	NM-60R	1	C	400	400	340
476	2	水質分析室	2	水質分析室	6連スターラー	シグマ科学	MGM-66	1	D	420	350	70
477	2	水質分析室	2	水質分析室	ホットスターラー	アズワン	DSHS-1N	1	D	250	350	150
478	2	蒸留室	2	蒸留室	フッ素蒸留装置	宮本理研	FGC-850X	1	D	1,150	650	2,000
479	2	蒸留室	2	蒸留室	重湯煎器	朝日理化	AR-148-12GS	1	D	750	600	500
480	2	蒸留室	2	蒸留室	スターラー			1	D	390	420	140
481	1	ガスマス室	2	GC/MS室	デシケーター			1	D	350	360	760
482	1	ガスマス室	2	GC/MS室	OAデスリ			1	E	1,100	800	700
483	1	ガスマス室	2	GC/MS室	レーザープリンター	キヤノン	MF722Cdw	1	D	430	500	470
484	1	ガスマス室	2	GC/MS室	プリンター架台			1	D	600	480	690
485	1	ガスマス室	2	GC/MS室	モニター	イヤマ		1	D	550	200	420
486	1	ガスマス室	2	GC/MS室	PCラック			1	E	750	570	1,330
487	1	ガスマス室	2	GC/MS室	GCMS	アズレント	G7000D	1	A	1,030	850	990
488	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 GC部	アズレント	G3442B	1	A付属	上記含む		
489	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 オートインジェクター	アズレント	G4513A	1	A付属	上記含む		
490	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 オートサンプラー	アズレント	G4514A	1	A付属	上記含む		

491	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 真空ポンプ	イトワース	5	1	A付属	180	430	390
492	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 デスクトップ PC	hp		1	A付属	340	330	100
493	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 デスクトップ PC	hp		1	A付属	340	380	100
494	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 モニター	hp		2	A付属	550	200	450
495	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 モニター	I・Oデータ		1	A付属	560	220	400
496	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 レーザープリンター	キャノン	MB2730	1	A付属	100	290	170
497	1	ガスマス室	2	GC/MS室	付属 UPS	山金	BY50S	1	A付属	410	610	810
498	1	ガスマス室	2	GC/MS室	ステンレスコック			1	E	2,400	750	850
499	1	ガスマス室	2	GC/MS室	ステンレスコック			1	E	300	600	850
500	1	ガスマス室	2	GC/MS室	水素発生装置	GLサイエンス	HG-2500	1	D	210	300	350
501	1	振とう培養室	3	泳動・撮影室	ゲル撮影装置	日本ジエネティクス	FAS-IV	1	C	900	500	800
502	1	振とう培養室	3	泳動・撮影室	トランスイルミネーター	ビュルバールマット	TF-35M	1	D	600	350	150
503	1	振とう培養室	3	泳動・撮影室	テープステーション	アビレント	G2991A	1	C	440	480	440
504	1	振とう培養室	3	泳動・撮影室	付属 ノートPC	hp		1	C付属	400	260	30
505	1	振とう培養室	3	泳動・撮影室	卓上遠心機	アズワン	PC-2R	1	C	300	410	400
506	1	実験室	3	泳動・撮影室	冷凍冷蔵庫	GALILEI	FMS-F154GS	1	F	500	650	1,870
507	1	実験室	3	遺伝子検査室	PCR	バイオラッド	C1000Touch	2	C	340	540	350
508	1	実験室	3	遺伝子検査室	PCR	バイオラッド	S1000	5	C	330	460	340
509	1	実験室	3	遺伝子検査室	PCR	バイオラッド	Tetrad	1	C	460	570	330
510	1	実験室	3	泳動・撮影室	電気泳動装置	バイオラッド		2	A	450	540	120
511	1	実験室	3	泳動・撮影室	付属 クリーニングモジュール	バイオラッド		2	A付属	230	440	230
512	1	実験室	3	泳動・撮影室	付属 ポンプ	バイオラッド		2	A付属	190	120	180
513	1	実験室	3	泳動・撮影室	付属 チームプレート	バイオラッド		2	A付属	560	340	310
514	1	実験室	3	泳動・撮影室	ゲルボックス	バイオラッド		1	A	280	450	390
515	1	実験室	3	泳動・撮影室	付属 プリンター	三菱	P95DW	1	A付属	160	240	80
516	1	実験室	3	泳動・撮影室	付属 ノートPC	DELL		1	A付属	350	300	270
517	1	湯沸室	2	執務室	電子レンジ	ヤマダ電機	YMW-S18B1	1	D	450	360	290
518	1	倉庫	2	執務室	机デスク			1	E	610	390	1,000
519	1	疫学調査室	2	大気分析室	電気炉	日東科学	NHK-120BS-2	1	D	240	260	380
520	1	疫学調査室	2	倉庫	木製コック			2	E	580	340	740
521	1	疫学調査室	2	倉庫	プラスチックコック	glowa		1	E	640	360	850
522	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	クリーンストッカー	アズワン	CS-SI	1	D	580	520	2,040
523	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	卓上クリーンベース	アズワン		1	D	1,000	520	650
524	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	放射性物質測定装置	キャンバラ		1	A	2,000	1,700	1,480
525	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 鉛遮蔽物	キャンバラ	747	1	A付属	上記含む		

526	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 Ge半導体検出器	キャンバラ	GC2020-7500SL-2002CSL	1	A付属	上記含む		
527	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 マルチチャンネルアナライザー	キャンバラ	DSA-1000	1	A付属	上記含む		
528	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 重量計	TOYO	PLS-100L-335	1	A付属	上記含む		
529	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 データ処理装置	Lenovo		1	A付属	330	370	100
530	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 Cryo-Cycle	キャンバラ	CCVD	1	A付属	560	430	640
531	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 モニター	BenQ		1	A付属	520	160	410
532	1	疫学調査室	3	放射性物質検査室	付属 複合機	ブラザー	DCP-L2540DW	1	A付属	410	400	320
533	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	PM2.5測定用恒温恒湿チャンバー	ヤマト科学	HCCZ-180Z	1	A	2,120	880	2,100
534	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 ミクロ天秤	ザルトリウス	SE2-F	1	A	上記含む		
535	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 プリンター	ザルトリウス	YDP20-OCE	1	A付属	上記含む		
536	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 イオナイザー	HAUG	ENSLLCUL	1	A付属	上記含む		
537	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 ノートPC	hp		1	A付属	上記含む		
538	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 17インチリング装置	ヤマト科学	PAP05A1-FK	1	A付属	900	800	1,920
539	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	付属 純水製造装置	ヤマト科学	WL220T	1	A付属	450	450	1,210
540	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	電子天秤	ザルトリウス	LA130S-F	1	B	370	390	170
541	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	天秤台			1	D	900	600	750
542	1	疫学調査室	2	PM2.5質量濃度測定室	卓上クリーンブース	アズワン		1	D	1,000	520	650
543	1	疫学調査室	2	倉庫	プラーカス（3段×2列）			1	E	640	420	650
544	1	疫学調査室	2	倉庫	スチール引違キレネット			1	E	900	460	2,350
545	1	疫学調査室	2	倉庫	5段ファイルキレネット	ブラス		1	E	350	640	1,410
546	1	疫学調査室	2	倉庫	3段ファイルキレネット	ライオン		1	E	350	620	740
547	1	疫学調査室	2	倉庫	4段ファイルキレネット	丸善		1	E	460	630	1,400
548	1	図書室	3	遺伝子検査室	サーバー-PC	hp		1	D	240	560	520
549	1	図書室	3	遺伝子検査室	モニター	hp		1	D	540	210	410
550	1	図書室	3	遺伝子検査室	PCラック			1	E	800	800	1,300
551	1	図書室	4	会議室	液晶ディスプレイ	ジャパンネクスト	JN-HDR501V4K	1	D	1130	100	650
552	1	図書室	4	会議室	ディスプレイスタンド	サンワダイレクト	100-PL012	1	E	1000	800	1800
553	1	図書室	2	書庫	脚立	長谷川工業㈱	SRC-8	1	E	500	170	1350
554	1	会議室	2	執務室	ノートPC	hp		1	D	380	310	270
555	1	会議室	2	執務室	プロジェクター	エプソン	EB-W420	1	D	300	230	130
556	1	事務室	2	執務室	ルミナラック			1	E	550	350	830
557	1	事務室	2	執務室	シュレッダー	明光商会	231MA	1	D	670	270	720
558	1	事務室	2	執務室	レーザープリンター	OKI	C824	1	D	440	790	340

559	1	事務室	2	執務室	卓上にデスク			1	E	760	460	600
560	1	事務室	2	執務室	新聞掛け			1	E	640	330	900
561	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	ハイブリッドアンプラー	柴田科学	HV-1000F	1	D	560	570	990
562	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	ハイブリッドアンプラー	柴田科学	HV-RW	1	D	550	570	980
563	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	セキインシリアルアンプラー	サモ	PARTISOL Plus 2025	2	D	910	410	810
564	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	ハイブリッドアンプラー	柴田科学	HV-1000F	1	D	560	570	990
565	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	ポータブルガス分析計	利バ	PG-325	1	D	300	520	260
566	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	サンプルリット	利バ	PS-300	1	D	270	380	240
567	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	サンプルリット	柴田科学	BU-105/AIP-105	10	D	230	300	320
568	1	電子顕微鏡室	2	大気資材庫	バッテリーチャージャー	柴田科学	BC-105	6	D	200	250	90
569	1	玄関	1	風除室	境界ポール			6	E	350	350	870
570	1	玄関	1	風除室	台車			1	E	500	870	900
571	1	1F廊下	1	玄関	木製シューズロッカー			2	E	850	350	1,530
572	1	1F廊下	1	エントランスホール	台車	PLUS	CP-075HS	2	E	480	750	850
573	1	1F廊下	2	倉庫	脚立	長谷川工業㈱	RJ-15B	1	E	570	200	1520
574	別棟	P2 実験室	3	ストッカー室（微生物課）	メディアフリーザー	PHC	MDF-MU539H	1	F	793	770	1,802
575	別棟	P2 実験室	3	病原細菌検査室	ウォーターバス	東京理化	NTS-4000C	1	D	450	670	520
576	別棟	P2 実験室	3	食品検査室	インキュベーター	PHC	MIR-154	1	C	700	580	1,010
577	別棟	P2 実験室	3	遺伝子解析室	次世代シーケンサー	イルミナ	MiSeq	1	A	523	565	686
578	別棟	P2 実験室	3	遺伝子解析室	付属 UPS	APC		1	A付属	170	440	230
579	別棟	P2 実験室	3	ストッカー室（微生物課）	メディアフリーザー	パナソニック	MDF-394	1	F	1,900	900	1,000
580	別棟	P2 実験室	3	遺伝子解析室	薬用保冷库	PHC	MPR-N450-FSH	1	F	800	640	1,810
581	別棟	P2 実験室	3	検体収受室	冷凍冷蔵庫	PHC	MPR-N450-FH	1	F	800	640	1,810
582	別棟	P3実験室	3	BSL3室	顕微鏡	オリンパス	CK2-TRC2	1	C	300	330	500
583	別棟	P3実験室	3	熱機器室	オートクレーブ	トミー精工	BSX-500	1	C	410	574	970
584	別棟	P3実験室	3	BSL3室	ふ卵器	ヤマト科学	IS-601型	1	C	720	730	900
585	別棟	P3実験室	3	ストッカー室（微生物課）	超低温槽	パナソニック	MDF-DU300H	1	F	750	870	1,830
586	別棟	P3実験室	3	BSL3室	冷蔵庫	富士通	ER-46ER-M	1	F	800	700	1,720
587	別棟	P3実験室	3	BSL3室	ミニブロックバス		MyBL-10	1	D	120	160	120
588	別棟	P3実験室	3	遺伝子解析室	Taitek invitro shaker			1	D	300	270	220
589	別棟	P3実験室	3	遺伝子解析室	遠心機	IWAKI	CFM-200	1	D	140	140	160
590	別棟	P3実験室	3	遺伝子解析室	ボルテックミキサー	タイテック	S-100	1	D	110	140	150
591	別棟	P3実験室	3	BSL3室	ボルテックス			1	D	150	170	170
592	別棟	機械室	－	駐車場	脚立			1	E	700	160	2100
593	別棟	機械室	－	駐車場	脚立			1	E	750	170	2450

594	動物舎	－	1	廃棄物保管庫	自動台秤			1	E	270	550	1000
595	車庫	－	－	駐車場	小型車・普通車用タイヤ			12	E			
596	屋外	ロータリー付近	－	駐車場	パレット			25	E	100	100	150
597	1	玄関	1	玄関	ホワイトボード案内板			1	E	470	400	1250
598	1	会議室前	1	会議室前	ホワイトボード案内板			1	E	470	400	1250
599	1	玄関	1	玄関	アルコールディスペンサー用スタンド			1	E	330	330	900
600	1	玄関	－	駐車場	家庭用高圧洗浄機(ホース)	ケルヒャー		1	E	320	230	300
601	3	食品化学分析室	3	検体採取室	超純水製造装置	ザルトリウス	arium pro UV	1	D	450	500	490
602	3	3F精密機器室	3	その他の機器室	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-2450	1	D	700	700	310
603	3	3F精密機器室	3	その他の機器室	付属デスクトップPC	富士通	FMV ESPRIMO	1	D付属	170	400	340
604	3	3F精密機器室	3	その他の機器室	付属モニター	SHARP	LL-174A-W	1	D付属	375	200	390
605	3	3F精密機器室	3	その他の機器室	付属プリンタ	ブラザー	HL-3170 CDW	1	D付属	410	440	240

移設書類・ガラス器具・薬品等の梱包物の有無

階・棟	室名	図書・資料 文書等	ガラス器具 消耗品	薬品 標本類	机中物
本館 1 階	ガスマス室	○	○	○	
	振とう培養室・実験室		○	○	
	倉庫	○	○		
	疫学調査室	○	○	○	
	図書室	○			
	会議室				
	所長室	○			○
	事務室	○			○
	電子顕微鏡室	○	○	○	
本館 2 階	溶媒室(西)・環境分析室・環境細菌検査室	○	○	○	○
	氷室			○	
	原子吸光分析室	○	○		
	精密機器室	○	○		
	資材試料保管室	○	○		
	熱機器室・天秤室		○		
	ICP-MS 室	○	○		
	第 2 ガスマス室	○	○	○	
	臭気分析室	○	○		
	高速液クロ室・蒸留室	○	○	○	
本館 3 階	溶媒室・水質分析室・蒸留室	○	○	○	
	職員執務室・小会議室	○			○
	ストッカー室		○	○	
	ガスクロマトグラフ室・暗室	○	○	○	
	精密機器室	○	○		
	生物試験室	○	○	○	
	資材室		○		
	酸性雨分析室	○	○	○	○
	大気分析室1・2	○	○	○	○
	食品添加物分析室		○	○	
本館 4 階	食品化学分析室	○	○	○	○
	微量分析室		○	○	
	クリーンルーム・ウイルス室(3)	○	○	○	
	ストッカー室			○	
	熱機器室	○	○	○	○
	培養基室	○	○	○	○
	洗場	○	○	○	
	恒温室		○	○	
	細菌資材室		○	○	
	ウイルス資材室		○	○	
	ウイルス室(1)(2)(4)	○	○	○	○
	情報処理室・検体受付室	○	○		○
本館屋上階	細菌検査室	○	○	○	○
	細菌係室	○			○
安全実験室	生物安全実験室	○	○	○	○
	機械室		○		
動物実験舎	—				

移設ランク表

ランク	内 容
Aランク	【メーカー等による移設前後での性能試験の実施】 メーカー又はメーカーが指定する業者の技術員による移設前点検を実施し、性能試験報告書を作成したうえで付帯設備の取り外し、解体、梱包、運搬を行う。移設後に、開梱、組立、付帯設備の取り付け、調整を行い、移設前点検と同様の移設後点検を実施し、移設前点検の性能試験報告書と照合し、移設前後で同等の性能が得られていることを確認すること。また、移設前後の点検結果及びそれらの照合結果等に関する報告書を受注者に提出する。
Bランク	【メーカー等又は受注者による移設前後での点検の実施】 メーカー等の技術員又は受注者の専門技術者による移設前点検を実施した後、付帯設備の取り外し、解体、梱包、運搬を行う。移設後に、開梱、組立、付帯設備の取り付けを行い、移設後点検を行う。また、点検報告書を発注者に提出すること。
Cランク	【技術者による動作確認の実施】 移設前に専門技術者による通電確認を行い、付帯設備の取り外し、解体、梱包、運搬を行う。移設後に、開梱、組立、付帯設備の取り付けの後、通電確認を行う。また、確認報告書を発注者に提出する。
Dランク	梱包、運搬、開梱（必要に応じて解体、組立）を行い、発注者の指定する位置に設置する。電気接続のあるものは、必要に応じて通電テストを行うこと。
Eランク	運搬のみを行う（必要に応じて解体、梱包、組立）。ただし、破損等の恐れのないように、養生等を行うこと。
Fランク	保冷库等の移設については、移設前に温度確認の後、発注者が内容物の保冷梱包を行い、受注者が電源を切断し霜取り後に運搬を行う。梱包、運搬等に必要な保冷容器等は受注者が用意すること。保冷库等の内容物は、受注者が適正温度状態を維持確保し、運搬中の保冷温度のモニタリングを行うこと。移設した保冷库等は受注者が設置して設定温度まで冷却されたのを確認すること。
Sランク	「検査機器・事務什器類リスト」の備考欄の記載事項を実施する。
廃 棄	移設元敷地内の指定場所までの搬出作業を行う。搬出作業に伴い、必要に応じ、機器の解体及び付帯設備の切断等を行うこと。
残 置	移設元に設置したままとする。

機器等移設作業区分表

移転対象物品	移転元作業			運搬	移転先作業		
	解体等	袋詰	梱包		開梱	袋開	組立等
精密機器・実験設備							
A/B/C/F ランク物品	●	●	●	●	●	●	●※
D ランク物品	○	○	●	●	●	○	○
E ランク物品	－	－	－	●	－	－	－
フリーザーの内容物	－	－	○	●	○	－	－
機器に付属する PC	●	●	●	●	●	●	●
解体の必要な機器	●	●	●	●	●	●	●
実験備品							
ガラス器具・消耗品	－	○	○	●	○	○	－
薬品・標本	－	○	○	●	○	○	－
ダンボール類							
個人の所有物	－	○	○	●	○	○	－
共用書類	－	○	○	●	○	○	－
OA 機器類							
個人端末	○	○	●	●	●	○	○
共用端末	○	○	●	●	●	○	○
プリンター	○	○	●	●	●	○	○
コピー機	○	○	●	●	●	○	○
FAX 機器	○	○	●	●	●	○	○
サーバー	○	○	●	●	●	○	○
シュレッダー	○	○	●	●	●	○	○
什器類							
解体の必要な什器	●	－	●	●	●	－	●
机・椅子	－	－	●	●	●	－	○
キャビネット等	－	－	●	●	●	－	○

※A/B/C/F ランク物品は、受注者が付帯設備の接続を行うものとする。

凡例 ○：発注者 ●：受注者

移設機器等に対する保証及び補償

ランク	内 容
Aランク	移設前の性能試験等及び移設後の性能試験等を行い、移設前の性能が得られなかった場合、部品交換も含め修理等の対応を行い、初期の性能を確保すること。
Bランク	移設前点検及び移設後点検を行い、移設前の状態と差異があった場合、部品交換も含め修理等の対応を行い、初期の状態を確保すること。
Cランク	移設前の通電確認及び移設後の通電確認を行い、移設前の状態と差異があった場合、部品交換も含め修理等の対応を行い、正常動作に復元すること。
Dランク	落下、衝突、その他事故により形状の異常が認められる場合、輸送保険等による補償を行う。通電確認を行ったものは、通電時の異常があれば補償対象とすること。
Eランク	Dランクと同様とする。
Fランク	Cランクと同様とする。
冷凍、冷蔵保存試料等	同様のものを確保し供給すること。 (販売されている薬品等に限る)

以下の移設機器等は補償の対象外とする。

- ・メーカーサポートが終了している機器及び部品供給が終了している機器
- ・不具合の原因が経年劣化である機器(メーカー見解により判断)
- ・冷凍機、コンプレッサー等の回転を伴う長時間運転をしていた機器

仙台市衛生研究所現庁舎(搬出場所) 施設概要及び平面図


1 施設概要

・所在地 仙台市若林区卸町東二丁目5番10号


・敷地面積 4,418.21 m²

・建物面積 4,128.84 m²

①	本館	構造：	鉄筋コンクリート造り		
		規模：	地上4階		
		延床面積	1階	882.39 m ²	
			2階	868.32 m ²	
			3階	868.32 m ²	
			4階	868.32 m ²	
		ペントハウス		81.26 m ²	
		計	3,568.61 m ²		
②	付属棟	安全実験室・機械室棟	416.00 m ²		
		動物実験舎	79.37 m ²		
		車庫	37.80 m ²		
		ボンベ室	27.06 m ²		



2 庁舎平面図



3 配置職員数

令和6年4月1日現在 計 41 名(内訳:所長 1、微生物課 21、理化学課 19)

仙台市衛生研究所新庁舎(搬入場所) 平面図

■延べ床面積

1階: 325.00㎡

2階: 1,425.00㎡

3階: 1,425.00㎡


R階: 70.00㎡

合計: 3,245.00㎡

※要求面積3,253㎡



■敷地面積 3,216.70㎡

■緑化面積 718.43㎡ (緑化率:22.33%)




注)部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある


別紙 7




注)部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある



注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある



注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある




注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある




注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある



注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある



注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある



注) 部屋・機器等の位置・レイアウトは変更になる場合がある

