

質 疑 応 答 書

件名. 仙台市急患センター等医療情報システム機器等更新業務委託

		整理番号 (仙台市記入欄)							
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)							
仙台市急患センター等医療情報システム 機器等更新業務委託仕様書内で 質問があります。									
導入システム詳細要件 (2)ソフトウェア ④電子カルテ・ホリログ機能 ⑤: 尿品尿検査システム (血球計数器、生化学分析装置、尿検査装置等)と 連携が可能なこと。		別紙参照。							
各診療所で使用している機器のメーカー及び 製品名を教えてください。									
(3) 医事会計システム ②セク外請求機能 シ: 防災、自賠責レポートに対応していること。		ニども急病診療所における診療の2 学業に必要とするケースは想定されて いるが、急患センター・北宮急患診療所 の機器が故障した場合には、ニども 急病診療所の機器を使用して対応 する必要があるため、ニども急病 診療所の医事会計システムも防災 レポートに対応できるものとする。							
ニども急病診療所は防災が不要と 考えますが、相違ありませんでしょうか。									

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積りに必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

【別紙】 各診療所で使用している機器のメーカー及び製品名について

(1) 急患センター

品名	メーカー	型番
生化学自動分析装置	富士フイルムメディカル	FDC4000 i
多項目自動血球分析装置 (※令和6年度更新予定)	シスメックス (シスメックス)	XS-500i (XN-330)
小型遠心分離機	富士フイルムメディカル	AcNo-3
遠心沈殿器	トミー精工	LC-100
尿化学分析装置	栄研化学	US-1200

(2) 北部急患診療所

品名	メーカー	型番
生化学自動分析装置	富士フイルムメディカル	FDC3500i
多項目自動血球分析装置 (※令和6年度更新予定)	シスメックス (シスメックス)	XS-500i (XN-330)
心電計	フクダ電子	FCP-8800
遠心沈殿器	クボタ	2100
顕微鏡	オリンパス	BX43
小型遠心分離機	富士フイルムメディカル	AcNo-3

(3) こども急病診療所

品名	メーカー	型番
生化学自動分析装置	富士フイルムメディカル	FDC4000i
多項目自動血球分析装置 (※令和6年度更新予定)	シスメックス (シスメックス)	XS-500i (XN-330)
尿化学分析装置	アークレイ	オーションイレブン AE-4020
顕微鏡	オリンパス	BX43-12(レンズセット)
小型遠心分離機	富士フイルムメディカル	AcNo-3
遠心機(大)	クボタ	2420 (ローターセット RS-240+ 053-4900<4個 >)