

## 質 疑 応 答 書

件名 仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	1 - 1
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)	
1.	入札の際の封筒に関して、封筒裏面に 割り印は必要ないという認識で よろしいか。		別紙のとおり
2.	弊社は医薬品医療機器等法に係る 修理業の許可を有していませんが、 修理業の許可を有する業者に保守・ 修理を委託する前提で、入札に 参加してもよろしいか。		
3.	今回、受注者負担で動産総合保険に 加入する必要がありますが、 加入する動産総合保険は残存 賃貸借料を保険金上限とする 一般的な動産総合保険との認識で よろしいか。		
4.	賃貸約契約書第12条の2に関して、 納入と賃貸借期間終了時の撤去は、 出荷証明書記載の出荷元へ 委託可能との認識でよろしいか。		

- 注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

## 質 疑 応 答 書

別添様式

件名 仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

別紙

仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借 質疑応答書 1

回答

1. 必要ありません。
2. 保守体制証明書で承諾を得たものであれば問題ありません。
3. 動産総合保険の指定はありませんので、一般的な動産総合保険で問題ありません。
4. 落札後に再委託承諾申請書を提出いただき、内容を確認して判断いたします。
5. 協議の上決定します。

## 質 疑 応 答 書

件名 仙台市立学校(園)屋外設置用自動体外式除細動器(AED)貸貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	回 答 (仙台市記入欄)
質 問 事 項			
	仕様書 1:		別紙①のとおり
	「納品するAEDは新品(製造3か月以内のもの)」とあります が、当社はメーカーから購入し、その新品を在庫してお 客様に提供しております。出荷時には検品してお出しし ておりますので、製造3か月以内ではなく、当社所有の新 品在庫から出庫することでおよろしいでしょうか。」		
	仕様書 6:		別紙②のとおり
	消耗品について「交換」とありますか、新しい消耗品は設 置先に送付しお客様で交換いただき、使用済み消耗品につ いては、同梱の着払い伝票を使用して返送いただく運用で よろしいでしょうか。 交換方法が不明な場合でも、弊社コールセンターにご連絡 いただければ、お答えする体制がございます。 また、「交換用バッテリー20個」「交換用成人小児共用電極 パッド50個」とありますが、AED使用時に弊社コールセン ターにご連絡いただき、新しいバッテリー・電極パッドを 出庫させていただきますので、あらかじめバッテリー20 個、電極パッド50個の手配は不要との認識でよろしいで しょうか。」		
	仕様書 6:		別紙③のとおり
	「標準付属品」とありますが、キャリングケースについて、 AED本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する 弊社製のキャリングケース [ ] でもよろしいでし ょうか。」 AED3150 サイズ(キャリングケース含む) ← 160mm(高さ) × 230mm(幅) × 325mm(奥行) ←		

- 注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

## 質疑応答書

件名 仙台市立学校(園)屋外設置用自動体外式除細動器  
(AED)貸貸借

質問事項	整理番号 (仙台市記入欄)	回 答(仙台市記入欄)
仕様書7(2)  「AEDリモート監視システム」とありますか、オンライン監視により、消耗品の交換時期等をWeb上で確認することができ、異常がある場合はメール通知とあわせて弊社コールセンターから電話連絡させていただき、AEDの異常内容をお客様に確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。  また上記対応に加え、AEDの稼動状態(AED本体の故障、バッドの使用期限、バッテリー残量)のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。  また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。		別紙④のとおり
仕様書7(4)  「液晶画面」とはカラー液晶画面による操作説明との認識でよろしいでしょうか。 また、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が運動していないければ、AEDを使用する際に混乱する恐れがあるため、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が運動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。		別紙⑤のとおり

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

## 質疑応答書

件名 仙台市立学校(園)屋外設置用自動体外式除細動器  
(AED)貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	2 - 3
質問事項		回答(仙台市記入欄)	
仕様書 8(1)…	「救命ナビカード」「救命ナビシール」とありますが、それぞれの素材は別途、頂ける認識でよろしいでしょうか。…受注者が対応する内容は、「救命ナビカードを収納用パックに取り付ける」「救命ナビシールをAEDナビシールを本体に貼付し納品する」でよろしいでしょうか。…	別紙⑥のとおり	
仕様書 8(3)…	①…「配備時に各学校において、教職員等に対し使用方法の講習を行うこと」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。…また誰もが利用可能なウェブ講習も用意しています。また弊社コールセンター(24時間対応)へご連絡いただければ、ご質問や不明点に詳しくお応えする体制があります。…現状はコロナ禍でもあり現地での取扱説明対応は不要でよろしいでしょうか。…現地対応が必要である場合には、AED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。…	別紙⑦のとおり	
②…	「教職員等に対し使用方法の講習(年1回程度)を行うこと」とありますが、上記①に基づき、現地での対応は不要でよろしいでしょうか。…現地対応が必要である場合には、AED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。…		

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

別添様式

## 質 疑 応 答 書

件名 仙台市立学校(園)屋外設置用自動体外式除細動器(AED)貸貸借

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

## 仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借 質疑応答書2

## 回答

- ① 納入する AED は製造 3 か月以内の新品のものとなります。
- ② 消耗品の「交換」については、仕様書 8(6) の AED を使用した場合の対応と同様に、設置先へ訪問のうえ交換作業を行うこととします。「交換用バッテリー20 個」「交換用成人小児共用電極パット 50 個」については、お見込みのとおりです。
- ③ 仕様書 7(7)の大きさの条件を満たし、AED 本体の持ち運びに適したキャリングケースであればデザイン等の指定はありません。
- ④ 「AED リモート監視システム」について、装置の異常時等を通知するメールが届いたら、設置校（園）へ確認のうえ訪問し、修理・交換等の対応をいただくこととなります。  
AED の稼働状況のレポートの提出は必要ありません。  
設置場所の電波状況が悪い場合は、お見込みの通りです。
- ⑤ お見込みのとおりです。  
仕様書 7(4)の趣旨は、液晶画面でのガイダンスと音声によるガイドのタイミングがずれることにより使用者が操作時に混乱をきたすこと等を防止することであり、液晶画面でのガイダンス（イラストと文字）が、音声によるガイドの内容と同じタイミングで表示される必要があります。
- ⑥ 救命ナビカード、救命ナビシールは、契約締結後お渡しします。対応する内容はお見込みのとおりで、救命ナビカードを収納用バッグに取り付け、救命ナビシールを AED 本体に貼付して納品していただきます。
- ⑦ 1. AED のトレーニングキット等を用い、使用方法・心肺蘇生法について、現地で説明をしてください。  
2. 1 に記載の通りです。
- ⑧ セルフチェックにて機器の異常が判明した場合の連絡先は、貴社コールセンターで可とします。なお、部品や機器の交換は速やかに設置先へ訪問のうえ行ってください。
- ⑨ 仕様書 8(5) の通り年 1 回又は学校からの要請があったときは随時、設置先へ訪問のうえ点検作業をしてください。
- ⑩ 第三者への依頼について、仕様書 8(5)～(7) に規定する保守点検等については、保守体制証明書で承諾を得た場合は承認します。落札後に書類をお渡しするのでご提出ください。保守点検・修理等にかかる業務以外については、落札後に再委託承諾申請書を提出いただき、内容を確認して判断いたします。